





HM250U 超音波身高尺 說明書


安裝電池



1. 依產品背面的電池盒蓋指示, 推開電池盒蓋.




2. 裝入AAA(4號)電池*2




3. 推回電池盒蓋.

準備量測

正確的操作方式









錯誤的操作方式






















操作步驟



2. 當螢幕顯示 0.0 cm 時,再次按下 ① 以進行測量



- 3. 完成測量後,再次按下 ① 即可進行下一次測量。
- 4. 關機:長按 ① 2秒直接關機,如沒有任何操作,產品 將於20秒後自動關機。

產品規格

型號	HM250U
最高量程	50-250 cm 1'8"-8'0"
刻度	0.1 cm / 0.1 in
誤差値	+/- 1.5 cm
LCD螢幕尺寸	50 x 20 mm
收納	349(W) x 64(D) x 23(H) mm
展開	349(L) x 315(D) x 30(H) mm
<u>=</u>	190 g(不含電池)
Ľ	On/Off/量測
nî	無
	AAA (4號) 電池*2
操作溫度 & 濕度	5°C~35°C
	15% / 85% RH
	超音波
IJ	G-sensor
	>5°
<u>k</u>	20秒
	最高量程 刻度 誤差値 LCD螢幕尺寸 收納 展開 E

① 注意



若進行測量時,因手持歪斜超過 5°以上, 將無法進行測量。此時橘色指示燈將會亮 起,請調整身高尺呈垂直狀,在橘色傾斜警 示燈熄滅時,即可進行量測。









錯誤訊息







待測者高於250cm 待測者低於50cm

使用須知

感謝您選購啓德公司產品。如果您在使用產品有遇到任何說明書 未清楚敘述的問題,請洽詢當地的經銷商協助解決您的疑問。

操作注意事項

• 身高量測時,受測者必須站直。

安全事項

- •請小心保管電池,避冤兒童誤食。若不小心吞下,請立即就醫。
- 預計產品壽命:5年
- 請遵照使用溫度,確保量測準確度。

環境安全

- 所有的電池都含有毒化合物,請依照當地電器回收規範處理產品
- 建議使用酒精布清潔產品表面。

產品責任/保固

- 產品保固期間為購買日起12個月內,請保留您的收據以證明您 的購買日期;如收據遺失則由出廠日起算。
- •因不當的使用,不正確的儲存方式,改裝,未授權的拆解或使用 者的疏忽掉落所發生的損壞,不在保固範圍內。
- 本產品如未經由啓德合格的經銷商使用原廠零件進行檢修、拆解、 保養、校正等作業者, 責不在保固範圍内。

報廢回收處理

• 此產品不應被當作一般家庭廢棄物來處理,請依電子廢棄物回收條 例作為處理的準則。您可以聯繫環境保護署以瞭解更多電子廢棄物 的處理方式及回收地點或聯繫您當初購買的經銷商處理。

製造商:

啓德電子股份有限公司 41262台中市大里區國中路103號

CD-IN-00389 REV002 04/2023